

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	热式气体质量 流量计	(2~4500)m ³ /h	0.5 级及以下	JJG 1132
2	二氧化硫气体 分析仪	(0~300) μ mol/mol	MPE: $\pm 3\%$ FS	JJG 551
3	α 谱仪	能量范围: (3~9)MeV 计数范围: 1~999999	$U_{rel}=3.2\%$ ($k=2$)	JJF 1851

-----以下空白-----